

表3 トウモロコシ中の総アフラトキシンの迅速試験法のクライテリア

項目		定量装置	定性装置
真度		回収率:70~120%	擬陽性率 < 5% (LOD以下)
			1濃度30本テストし、陽性率を確認
選択性			>90%
特異性			>90%
定量範囲		2-20 $\mu$ g/kg	
精度	再現精度	<35%	
	併行精度	<25%	